



[별표 1호 서식]

## 물 품 상 세 규 격 서


|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 요청번호 : 1         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 품 명              | 국 문 : 빔프로젝터 EB-L610U<br>영 문 : Beam projector EB-L610U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 구 분              | 상 세 명 세                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1. Feature       | 수 량 비 고<br>- 높은 내구성으로 유지보수가 필요없는 프로젝터<br>- 3LCD기술을 사용한 놀라운 이미지 품질, 레인보우 현상 없음<br>- 어느 장소에서나 어울리는 디자인, 원하는대로 밝기 조절<br>- 뛰어난 밝기외 컴팩트한 사이즈와 유연한 360도 설치 광범위한 줌 및 렌즈 시프트                                                                                                                                                                                                             |
| 2. Specification |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ① Main System    | 팬소음 : Normal 38dB/Eco 27dB<br>내장스피커 : 10W 모노<br>네트워크 : RJ45×1<br>무선 렌 사양 : Built×1<br>밝기 : 6,000lm<br>컬러 밝기 : 6,000lm<br>명암비 : Over 2,500,000<br>광출력 균일도 : 86%<br>초점거리 : 20.2mm-31.8mm<br>줌 비율 : 1-1.6<br>화면비율 : 16:10<br>픽셀 수 : 2,304,000dots(1942×1200)×3<br>기본 해상도 : WUXGA<br>LCD 크기 : 0.67-inch(D10,C2fine)<br>크기 : 지지대 제외(W×H×D):440×120×304mm<br>최대크기(W×H×D):440×136×339mm |
| ② Option         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ③ Accessory      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| -Standard Acc.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| -Optional Acc.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| -전원              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ④ 설치조건           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ⑤ 납품기한           | 납품기한 : 계약일로부터 90일 이내                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 보증기간 등           | 보증기간 : 검수일로부터 1년간                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|               |                    |       |                                                                                             |
|---------------|--------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2020년 08월 26일 |                    |       |                                                                                             |
| 작 성 자         | 소 속 : 신한대학교 임상병리학과 | 성 명 : | 박 정 훈  |
| 부 서 장         | 소 속 : 신한대학교 임상병리학과 | 성 명 : | 정 선 도  |

[별표 1호 서식]

## 물 품 상 세 규 격 서


|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |     |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 요청번호 :           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |     |
| 품 명              | 국 문 : 뇨분석검사기 CLINTEK Status+<br>영 문 : Urine Analyzer CLINTEK Status+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |     |
| 구 분              | 상 세 명 세                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 수 량 | 비 고 |
| 1. Feature       | 1)WBC,Nitrite,우르빌리노젠,케톤체,잠혈,pH,단백,비중,빌리루빈,포도당 등 10개 항목의 자동 검사기능<br>2)Touch screen을 이용한 사용자와 응답식 운용시스템<br>3)10항목 외 Color 자동 측정<br>4)Seq.No. 및 ID No.입력기능<br>5)비정상결과 부분 표시 기능<br>●Printout 시 Asterisk(*)표시<br>6)6AA Alkaline batteries 사용으로 휴대용 검가사 가능함<br>(방문간호, 도서벽지진료)<br>7)매 검사마다 자동 Calibration되어 별도로 Calibration할 필요 없음<br>8)Clarity 자동 측정<br>9)Memory된 검사결과를 Screen에 표시가능<br>10)Urine HCG, Creatinine, Micro Albumin측정가능<br>(별도 시험지 사용) |     |     |
| 2. Specification |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |     |
| ① Main System    | 1)검체처리속도 : 60T/hr<br>2)Size : 27.2(D)×17.1(W)×15.8(H)<br>3)중량 : 1.66kg<br>4)Memory : 200검체<br>5)Display : Touch Screen<br>6)Computer Interface :RS232C                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |
| ② Option         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |     |
| ③ Accessory      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |     |
| -Standard Acc.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |     |
| -Optional Acc.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |     |
| -전원              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |     |
| ④ 설치조건           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |     |
| ⑤ 납품기한           | 납품기한 : 계약일로부터 90일 이내                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |     |
| 보증기간 등           | 보증기간 : 검수일로부터 1년간                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |     |

|               |                    |       |                                                                                             |
|---------------|--------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2020년 08월 26일 |                    |       |                                                                                             |
| 작 성 자         | 소 속 : 신한대학교 임상병리학과 | 성 명 : | 박 정 훈  |
| 부 서 장         | 소 속 : 신한대학교 임상병리학과 | 성 명 : | 정 선 도  |

[별표 1호 서식]

## 물 품 상 세 규 격 서


|                  |                                                                                                                                                                       |     |     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 요청번호 : 3         |                                                                                                                                                                       |     |     |
| 품 명              | 국 문 : 현미경 SZX7-ILLTQ(Bright Fied/Oblique)<br>영 문 : Microscope SZX7-ILLTQ(Bright Fied/Oblique)                                                                         |     |     |
| 구 분              | 상 세 명 세                                                                                                                                                               | 수 량 | 비 고 |
| 1. Feature       | 1. 8배에서 56배 관찰이 가능하여야 한다.<br>2. 형광/편광 장치등의 업그레이드가 가능해야한다.<br>3. 카메라 장착을 통해서 이미지 획득이 가능해야 한다.                                                                          | 1   |     |
| 2. Specification |                                                                                                                                                                       |     |     |
| ① Main System    | 전체배율 : 8x~56x<br>경통 : 2단계 광학경로(100:0, 50:50)<br>줌비율 : 7:1<br>Field View : 22mm<br>대물렌즈 : 1X, N.A 0.1, WD 81mm<br>스탠드 : 투과형 LED스탠드(BF/OBLIQUE 기능)<br>반사조명 : 링타입 LED 조명 |     |     |
| ② Option         | 카메라 : 500만 화소 칼라 카메라, USB3.0방식<br>소프트웨어 : 이미지캡처 및 2D측정기능 제공<br>카메라 아답터 : 0.5XC 아답터<br>이미징 프로세스 장치 : 24" DESK TOP                                                      |     |     |
| ③ Accessory      |                                                                                                                                                                       |     |     |
| -Standard Acc.   | 1. 실체현미경 및 투과/반사조명장치                                                                                                                                                  |     |     |
| -Optional Acc.   | 2. 카메라 및 소프트웨어, PC                                                                                                                                                    |     |     |
| -전원              | 3. 220V 사용                                                                                                                                                            |     |     |
| ④ 설치조건           |                                                                                                                                                                       |     |     |
| ⑤ 납품기한<br>보증기간 등 | 납품기한 : 계약일로부터90일 이내<br>보증기간 : 검수일로부터 1년간                                                                                                                              |     |     |

|               |                    |                                                                                                   |
|---------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2020년 08월 26일 |                    |                                                                                                   |
| 작 성 자         | 소 속 : 신한대학교 임상병리학과 | 성 명 : 박 정 훈  |
| 부 서 장         | 소 속 : 신한대학교 임상병리학과 | 성 명 : 정 선 도  |

[별표 1호 서식]

## 물 품 상 세 규 격 서



|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| 요청번호 : 4         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |  |
| 품 명              | 국 문 : 극미량 분광광도계 DS-11<br>영 문 : Microvolume spectrophotometer DS-11                                                                                                                                                                                                                   |   |  |
| 구 분              | 상 세 명 세 수 량 비 고                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |  |
| 1. Feature       | 0.5 ~ 1.0 ul 시료의 흡광도측정이 가능한 UV-VIS겸용 분광광도계로서 190~840nm 전대역 스펙트럼을 측정하여 UV 및 가시광선대역의 다양한 측정과 단배질, 핵산 정량에 적합합니다.                                                                                                                                                                        |   |  |
| 2. Specification |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |  |
| ① Main System    | 1. 최소시료용적 0.5ul<br>2. 광로길이 0.5mm (0.030mm까지 자동조정)<br>3. 광원 펄스 제논 플래시램프<br>4. 감지기 2048소자 CCD<br>5. 파장범위 190 ~ 840nm<br>6. 파장정확도 1nm<br>7. 흡광정밀도 0.001 AU또는 1% , 둘중큰 수치<br>8. 흡광정확도 2% 0.75AU 260nm<br>9. 흡광범위 0.015~ 750 (1cm광로길이 환산시)<br>10. 동작전압 12 VDC<br>11. 동작소모전력 10 W (최대 45W) |   |  |
| ② Option         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |  |
| ③ Accessory      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |  |
| -Standard Acc.   | 1. User Guide                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 |  |
| -Optional Acc.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |  |
| -전원              | 2. Power Adapter 12V 5A                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 |  |
| ④ 설치조건           | 설치면적 20 cm x 33 cm 정도의 평평한 공간. 실온.                                                                                                                                                                                                                                                   |   |  |
| ⑤ 납품기한           | 납품기한 : 계약일로부터 90일 이내                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |  |
| 보증기간 등           | 보증기간 : 검수일로부터 1년간                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |  |

|               |                    |       |                                                                                             |
|---------------|--------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2020년 08월 26일 |                    |       |                                                                                             |
| 작 성 자         | 소 속 : 신한대학교 임상병리학과 | 성 명 : | 박 정 훈  |
| 부 서 장         | 소 속 : 신한대학교 임상병리학과 | 성 명 : | 정 선 도  |

[별표 1호 서식]

## 물 품 상 세 규 격 서

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |     |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 요청번호 :                                                 | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |     |
| 품 명                                                    | 국 문 : 유세포분석기 RF500<br>영 문 : Flow cytometer RF500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |     |
| 구 분                                                    | 상 세 명 세                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 수 량 | 비 고 |
| 1. Feature                                             | 1.1. 유세포 분석기로, 레이저가 입자에 부딪힐 때 발생하는 신호 및 물리적인 수치를 통하여 해당 입자의 특징을 분석하는 장비이다.<br>1.2. 측정하고자 하는 입자와 상보적으로 결합하는 형광 염색제, 항체 등에 따라 다양한 분야에서 사용이 가능하다.<br>1.3. 검사 및 장비의 유지보수에 사용되는 Sheath 시약과 Cleaning solution의 경우 Sysmex 전용 시약을 사용하여야 한다                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |     |
| 2. Specification<br>① Main System                      | 가. 레이저 규격<br>(1) 488nm 반도체 레이저<br>(Class 1, IEC60825-1:2014, IEC60825-1:2007)<br>나. 검출부와 필터 규격<br>(1) FSC, SSC, FL1(527/30nm), FL2(595/50nm), FL3(695/50nm), FL4(>750nm)<br>다. 검사 속도 :최대 100,000 events/s<br>라. Flow rate :Slow : 0.2μL/s, Medium : 0.5μL/s, Fast : 1.0μL/s<br>Very Fast : 1.85μL/s<br>마. Power Requirement: AC 100 to 240V (50/60Hz)<br>바. 분석 범위: 0.0 to 1,200,000 , 0 to 24 bits<br>사. 감도: FITC<150 MESF, PE<100 MESF<br>아. 크기( H x D x W ) : 350 x 540 x 574 mm<br>자. 최소 검출 가능 입자 크기 : 0.5 μm<br>차. 무게 ;약 38 kg |     |     |
| ② Option                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |     |
| ③ Accessory<br>-Standard Acc.<br>-Optional Acc.<br>-전원 | 가. Main unit<br>나. BARCODE READER_ASSY No.29, 다. Power code<br>TA-6P(A)_TA(A) 다. SENSOR_ASSY No.171 ,<br>라. Instructions for use                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1   |     |
| ④ 설치조건                                                 | 장비의 설치 및 작동에 관한 서비스가 시스멕스 전문 엔지니어에 의해 무상으로 제공된다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |     |
| ⑤ 납품기한<br>보증기간 등                                       | 납품기한 : 계약일로부터 90일 이내<br>보증기간 : 검수일로부터 1년간                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |     |

|               |                    |       |                                                                                             |
|---------------|--------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2020년 08월 26일 |                    |       |                                                                                             |
| 작 성 자         | 소 속 : 신한대학교 임상병리학과 | 성 명 : | 박 정 훈  |
| 부 서 장         | 소 속 : 신한대학교 임상병리학과 | 성 명 : | 정 선 도  |

## 물 품 상 세 규 격 서

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 요청번호 :           | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |     |
| 품 명              | 국 문 : 심전도계 CARDIO7(전용거치대 포함)<br>영 문 : Electrocardiogram CARDIO7(전용거치대 포함)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |     |
| 구 분              | 상 세 명 세                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 수 량 | 비 고 |
| 1. Feature       | 1. 3,6,12 채널의 ECG를 216mm 용지에 프린트.<br>2. LCD 표시: 800*480 7인치 color LCD 채택<br>3. 터치 스크린 및 로터리 키를 이용한 편리한 사용 조작.<br>4. 130가지 자동진단 프로그램 제공.<br>5. USB 외장디스크 저장 가능<br>6. 1개의 채널만 선택하여 60초 데이터 진단출력 확인.<br>7. 12채널의 리듬 ECG 표시 및 프린트.<br>8. AC 전원 및 충전용 배터리 작동 검용.                                                                                                                                                  |     |     |
| 2. Specification |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |     |
| ① Main System    | 1.신호 추진과정<br>-수용 표본률 : 500 샘플/초, -AC 전원필터 : 50/60Hz, -20dB<br>-시간 상수 : 3.2 s, -저대역필터 : off, 40, 100, 150 Hz<br>-EMG 필터 : 25 - 35 Hz, -3dB<br>-감도 선택 : auto, 2.5, 5, 10, 20mm/mV<br>2.표시<br>-표시형태 : 해상도800*480 7인치 TFT LCD/ Touch screen<br>-데이터표시 : 심박수, 환자정보, 날짜, 12리드 전체 ECG 파형 출력형태설정, 조작모드, 에러메시지, 전극떨어짐알람, 잡음<br>3.프린트 : 열감지식 헤드가 있는 고해상도 프린트<br>7. 전원; AC / 배터리 내장, -배터리 충전시간 : 7시간 또는 그 이상: 1시간 연속 사용 |     |     |
| ② Option         | 1.이동형으로 사용 가능하도록 배터리 추가 가능<br>2.폐활량 측정 모듈 추가 가능                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |     |
| ③ Accessory      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |     |
| -Standard Acc.   | 장비본체                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1   |     |
| -Optional Acc.   | 환자연결선, 전원선, 가슴에 연결하는 전극(6개/세트)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   |     |
| -전원              | 사지(팔목/발목)에 연결하는 전극(4개/세트), 심전도 용지                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1   |     |
|                  | 사용자 매뉴얼, 진단가이드북, 전용 이동 카트                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1   |     |
|                  | 충전용 배터리,폐활량 측정용 헨들                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1   |     |
| ④ 설치조건           | 환자가 누울수 있는 침대가 있는 밀폐된 공간                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |
| ⑤ 납품기한           | 납품기한 : 계약일로부터 90일 이내                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |     |
| 보증기간 등           | 보증기간 : 검수일로부터 1년간                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |     |

|               |                    |       |                                                                                             |
|---------------|--------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2020년 08월 26일 |                    |       |                                                                                             |
| 작 성 자         | 소 속 : 신한대학교 임상병리학과 | 성 명 : | 박 정 훈  |
| 부 서 장         | 소 속 : 신한대학교 임상병리학과 | 성 명 : | 정 선 도  |

[별표 1호 서식]

## 물 품 상 세 규 격 서

|                  |                                                                                                                                                                                           |   |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| 요청번호 : 7         |                                                                                                                                                                                           |   |  |
| 품 명              | 국 문 : 현미경 CX23LED<br>영 문 : Microscope CX23LED                                                                                                                                             |   |  |
| 구 분              | 상 세 명 세 수 량 비 고                                                                                                                                                                           |   |  |
| 1. Feature       | 1. 무한보정광학시스템(UIS2)<br>2. 각종 수차가 보정된 대물렌즈를 사용<br>3. 배터리옵션 추가시 야외에서 관찰가능                                                                                                                    | 1 |  |
| 2. Specification |                                                                                                                                                                                           |   |  |
| ① Main System    | 광원 : 고휘도 LED 광원<br>배율 : 4X, 10X, 40X, 100X 대물렌즈 장착<br>(최대 4개까지 장착 가능)<br>재물대 : 174X89mm 크기, 30X76mm 작동거리<br>경통 : 30도 기울기, 2단계 높이 조절 가능<br>Field View : 20mm<br>집광기 : 아베타입 ( 최대 1.25 개구수 ) |   |  |
| ② Option         |                                                                                                                                                                                           |   |  |
| ③ Accessory      |                                                                                                                                                                                           |   |  |
| -Standard Acc.   | 1. 현미경 세트                                                                                                                                                                                 |   |  |
| -Optional Acc.   |                                                                                                                                                                                           |   |  |
| -전원              |                                                                                                                                                                                           |   |  |
| ④ 설치조건           |                                                                                                                                                                                           |   |  |
| ⑤ 납품기한           | 납품기한 : 계약일로부터 90일 이내                                                                                                                                                                      |   |  |
| 보증기간 등           | 보증기간 : 검수일로부터 1년간                                                                                                                                                                         |   |  |

|               |                    |       |                                                                                             |
|---------------|--------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2020년 08월 26일 |                    |       |                                                                                             |
| 작 성 자         | 소 속 : 신한대학교 임상병리학과 | 성 명 : | 박 정 훈  |
| 부 서 장         | 소 속 : 신한대학교 임상병리학과 | 성 명 : | 정 선 도  |

[별표 1호 서식]

## 물 품 상 세 규 격 서

|                  |                                                                                                                                                                                                                                  |     |     |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 요청번호 :           | 8                                                                                                                                                                                                                                |     |     |
| 품 명              | 국 문 : 냉동고 위니아 227L<br>영 문 : Freezer WINIA 227L                                                                                                                                                                                   |     |     |
| 구 분              | 상 세 명 세                                                                                                                                                                                                                          | 수 량 | 비 고 |
| 1. Feature       |                                                                                                                                                                                                                                  |     |     |
| 2. Specification |                                                                                                                                                                                                                                  |     |     |
| ① Main System    | 용량 : 227L<br>사이즈(W*H*D)mm : 595*1,722*632<br>패턴 및 색상 : 브라이트 실버<br>냉각방식 : 간냉식<br>디스플레이 : 노출형<br>온도 설정 범위 : -16℃~-24℃<br>쾌속냉동 : ○<br>냉기커버 : ○ (2개)<br>선반 : ○ (2개)<br>바스켓 : ○ (4개)<br>빅 바스켓 : ○ (1개)<br>핸들 : ○ (Ez핸들)<br>아이스메이커 : ○ |     |     |
| ② Option         |                                                                                                                                                                                                                                  |     |     |
| ③ Accessory      |                                                                                                                                                                                                                                  |     |     |
| -Standard Acc.   |                                                                                                                                                                                                                                  |     |     |
| -Optional Acc.   |                                                                                                                                                                                                                                  |     |     |
| -전원              |                                                                                                                                                                                                                                  |     |     |
| ④ 설치조건           |                                                                                                                                                                                                                                  |     |     |
| ⑤ 납품기한           | 납품기한 : 계약일로부터 90일 이내                                                                                                                                                                                                             |     |     |
| 보증기간 등           | 보증기간 : 검수일로부터 1년간                                                                                                                                                                                                                |     |     |

|               |                    |       |                                                                                             |
|---------------|--------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2020년 08월 26일 |                    |       |                                                                                             |
| 작 성 자         | 소 속 : 신한대학교 임상병리학과 | 성 명 : | 박 정 훈  |
| 부 서 장         | 소 속 : 신한대학교 임상병리학과 | 성 명 : | 정 선 도  |

## 물 품 상 세 규 격 서

|                                         |                                                                                                                               |     |     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 요청번호 : 9                                |                                                                                                                               |     |     |
| 품 명                                     | 국 문 : 전자레인지 삼성 23L<br>영 문 : Microwave SAMSUNG 23L                                                                             |     |     |
| 구 분                                     | 상 세 명 세                                                                                                                       | 수 량 | 비 고 |
| 1. Feature                              |                                                                                                                               |     |     |
| 2. Specification                        |                                                                                                                               |     |     |
| ① Main System                           | 용량 : 23L<br>조절부 : 버튼<br>고주파출력 : 700W<br>도어열림 : 핸들<br>내부코팅 : 향균,클린<br>편의기능 : 디스플레이,탈취,잠금,절전<br>조리기능 : 해동,자동,보온<br>소비전력 : 1100W |     |     |
| ② Option                                |                                                                                                                               |     |     |
| ③ Accessory                             |                                                                                                                               |     |     |
| -Standard Acc.<br>-Optional Acc.<br>-전원 |                                                                                                                               |     |     |
| ④ 설치조건                                  |                                                                                                                               |     |     |
| ⑤ 납품기한<br>보증기간 등                        | 납품기한 : 계약일로부터 90일 이내<br>보증기간 : 검수일로부터 1년간                                                                                     |     |     |

|               |                    |       |                                                                                             |
|---------------|--------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2020년 08월 26일 |                    |       |                                                                                             |
| 작 성 자         | 소 속 : 신한대학교 임상병리학과 | 성 명 : | 박 정 훈  |
| 부 서 장         | 소 속 : 신한대학교 임상병리학과 | 성 명 : | 정 선 도  |

[별표 1호 서식]

[별표 1호 서식]

## 물 품 상 세 규 격 서

|                  |                                                                                         |     |     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 요청번호 : 10        |                                                                                         |     |     |
| 품 명              | 국 문 : 볼텍스 믹서 FB15013<br>영 문 : Voltex Mixer FB15013                                      |     |     |
| 구 분              | 상 세 명 세                                                                                 | 수 량 | 비 고 |
| 1. Feature       | 사용자의 편의성 : 높이와 면적이 작고, 작동 모드에 대한 선택 레버 안정성이 최적화되어있습니다<br>필요한 위치에 머물기 때문에 3개의 미끄럼방지 고무다리 |     |     |
| 2. Specification |                                                                                         |     |     |
| ① Main System    | 가변속 최대 3000rpm까지 전자제어<br>범용 전압 / 주파수 모델<br>크리 22cm(D)×18cm(W)×9cm(H)                    |     |     |
| ② Option         |                                                                                         |     |     |
| ③ Accessory      |                                                                                         |     |     |
| -Standard Acc.   |                                                                                         |     |     |
| -Optional Acc.   |                                                                                         |     |     |
| -전원              |                                                                                         |     |     |
| ④ 설치조건           |                                                                                         |     |     |
| ⑤ 납품기한<br>보증기간 등 | 납품기한 : 계약일로부터 90일 이내<br>보증기간 : 검수일로부터 1년간                                               |     |     |

|               |                    |       |                                                                                             |
|---------------|--------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2020년 08월 26일 |                    |       |                                                                                             |
| 작 성 자         | 소 속 : 신한대학교 임상병리학과 | 성 명 : | 박 정 훈  |
| 부 서 장         | 소 속 : 신한대학교 임상병리학과 | 성 명 : | 정 선 도  |

## 물 품 상 세 규 격 서

|                                         |                                                      |    |    |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|----|----|
| 요청번호 : 11                               |                                                      |    |    |
| 품명                                      | 국문 : 초자건조대 PDKA-213<br>영문 : Lab drying rack PDKA-213 |    |    |
| 구분                                      | 상세명세                                                 | 수량 | 비고 |
| 1. Feature                              |                                                      |    |    |
| 2. Specification                        |                                                      |    |    |
| ① Main System                           | 1. 재질 : 플라스틱<br>2. 규격 (W×D×H): 1200*750*800          |    |    |
| ② Option                                |                                                      |    |    |
| ③ Accessory                             |                                                      |    |    |
| -Standard Acc.<br>-Optional Acc.<br>-전원 |                                                      |    |    |
| ④ 설치조건                                  |                                                      |    |    |
| ⑤ 납품기한<br>보증기간 등                        | 납품기한 : 계약일로부터 90일 이내<br>보증기간 : 검수일로부터 1년간            |    |    |

|               |                    |       |                                                                                             |
|---------------|--------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2020년 08월 26일 |                    |       |                                                                                             |
| 작 성 자         | 소 속 : 신한대학교 임상병리학과 | 성 명 : | 박 정 훈  |
| 부 서 장         | 소 속 : 신한대학교 임상병리학과 | 성 명 : | 정 선 도  |